

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРИ БР. 3.

1. Питање:

У документацији за ЈНМВ/04/2016 у партији 1. под редним бројем 1 тражен је Дигестор основне намене.

Молимо вас да нам одговорите на следећа питања:

1. Са којим хемикалијама ћете радити у Дигестору?
2. Коју радну плочу желите?
3. Да ли вам требају прикључци за воду, струју или гас?
4. Да ли вам треба сигурносни ормарић за хемикалије у склопу Дигестора?
5. Да ли вам је потребан сертификат за Дигестор? Ако је потребан наведите који.

Одговор:

1. Дигестор опште намене, димензија:120 x 80 x 250 цм са киселоотпорном плочом и вентилационим водом. Проток флуида да је 900 м<sup>3</sup>/сат, снага мотора 0,37 kW, а број обртаја 1450 о/мин.вентилациони вод пречника 200 мм. Према слици.
2. Радна плоча: киселоотпорна и ватростална.
3. Потребни су прикључци за воду, струју и гас.
4. Сигурносни ормарић у склопу дигестора **није** потребан.
5. Потребан је **сертификат о квалитету** дигестора.

